

Observatie studie Universitair ZH Gent (inventarisatie/audit)

Onder supervisie van:

Prof. dr. Isabel Leroux Rouls
Klinisch bioloog



Observatie studie Universitair ZH Gent

(inventarisatie/audit)

Voorwaarden:

- **Microbiologisch onderzoek**
- **Machines wekelijks onderhoud**
- **Jaarlijkse validatie**
- **56 - tal bedpannen geselecteerd**

Onderzocht op:

- **Geen macroscopische resten zichtbaar**
- **Lichte macroscopische resten zichtbaar**
- **Matige macroscopische resten zichtbaar**
- **Sterk macroscopische resten zichtbaar**

Resultaat macroscopische resten:

score	aantal	percentage
-	1/56	1,8 %
+ (licht)	20/56	35,7 %
++ (matig)	20/56	35,7 %
+++ (sterk)	15/56	26,8 %

Aandachtspunten bedpanspoeler

- **Regelmatig onderhoud en controle**
- **Jaarlijks valideren**
- **Uitsluiten van foute (korte) programma's**

Verpulveraar

- **1x per jaar preventief onderhoud**
- **Geen jaarlijkse validatie**
- **Foute korte programma's niet van toepassing**